J.P. SELECTA, s.a.u.	**Declaración de conformidad CE** **CE conformity declaration** **Déclaration de conformité CE**	**4001745**

El fabricante: / The manufacturer: / Le furnisseur:

J.P. SELECTA, s.a.u.

Ctra. NII Km 585.1 08630 ABRERA (BARCELONA) SPAIN

Declara que el equipo: / Declare that the product: / Déclare que l'appareil:

Código: / Code:	**Modelo: / Type: / Modèle:**
4001745	**AUTOCLAVE MICRO 8 ***

Cumplen las directivas siguientes: Meet the following Directives: Accomplit les directives suivantes:

2006/95/CE	**2004/108/CE.**	**97/23/CE .**
Directiva de seguridad electrica.	Directiva de Compatibilidad elctromagnética.(CEM)	- Directiva de equipos a presión .
Directive for electrical safety.	Directive for electromagnetic compatibility.(EMC)	- Directive des èquipes sous pression.
Directive the sècurité électrique.	Directive the Compatibilité electromagnétique.(CEM)	- Directive for pressure devices.

Cumplen las siguientes Normas: Meet the following Standarts: Accomplit les normes suivantes:

EN 61326-1: 2003	*Material eléctrico para medida, control y uso en laboratorio. Requisitos de compatibilidad electromagnetica (CEM)* *Electrical equipement for measurement, control and laboratory use. EMC Requirements.* *Matériel électriques de mesure, de commande et de laboratorie. Prescriptions relatives à la CEM.*
EN 61010-1: 2010	*Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio. Parte 1: Requisitos generales* *Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use. Part 1: General requirements.* *Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratorie. Partie 1: Prescriptions génér*
EN61010-2-040: 2005	*Requisitos particulares para esterilizadores de laboratorio* *Prescriptions particulières pour sterilizers de laboratorie* *Particular requirements for sterilizers*
AD-2000	*Recipientes a presión. Desing for pressure equipement.*

Fluido contenido. Fluide contenu. Floid contents:	Vapor. Vapeur. Steam
Presión máxima admisible. Pression maxime admissible. Max. admissible pressure (bar):	*PS* 2,5
Presión de prueba hidráulica. Pression d'essai. Hydraulic Pressure test (bar):	*PT:* 3,9
Temperatura máxima de trabajo. Temperature maxime travail Operating Max. temperature(Tª):	134ºC
Volumen total. Volume total. Total volume (Litro):	8
Categoria. Categorie. Category :	Art 3.3
Modulo. Modul. Module:	

J. Puig
General Manager

Abrera, 22-jun-16